Universidade Municipal de São Caetano do Sul

São Caetano do Sul, 06 de dezembro de 2018.

Aos Licitantes,

Ref. PREGÃO PRESENCIAL nº 30/2018
Processo de Compras nº 404/2018

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao EDITAL 30/2018, Processo de Compra 404/2018 da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

Em resposta ao pedido de esclarecimento acerca do Termo de Referência do Edital em epígrafe, consubstanciado à análise proferida pelo departamento competente, essa Administração representada neste ato na figura do Pregoeiro esclarece vossa contestação.

LOTE 08

Item 05: Suporte de Soro (08.05)
O descritivo do lote não é de um suporte de soro e sim de um eletrodo p/ ECG. Qual material será adquirido?
Resposta: O material a ser adquirido será **SUPORTE DE SORO**, contudo a descrição a ser utilizada para o suporte de soro será a seguinte:

ONDE SE LÊ
SUPORTE DE SORO
COMPOSIÇÃO:

A) REBITE METÁLICO: ALUMÍNIO;
B) ETIQUETA IMPRESSA: PAPEL;
C) SUPORTE DE ESPUMA: PE + ADESIVO (ACRILATO DE CLASSE MÉDICA);
D) CONTRA REBITE: SENSOR ALUMÍNIO REVESTIDO DE AG/AGCL
E) GEL SÓLIDO: CELULOSE SÓLIDA;
F) REVESTIMENTO: CAPA EM POLIETILINO.

LEIA-SE
SUPORTE DE SORO
Base em quadripé fixa de tubos 50 x 30mm com tubo inferior de 22,22mm em aço inóx e tubo superior de 15,87mm.
4 ganchos cruzados na extremidade superior.
Regulagem por meio de mandril de PVC preto.
Opção com ou sem rodízios.
Altura mínima: 1,24 m
Altura máxima: 2,10 m

Lúcio Flávio Dantas
Pregoeiro